

Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Ribarska Banja"

37205 Ribarska Banja

Faks: 037/ 865-129

e-mail: ribarskabanja@yahoo.com

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
"РИБАРСКА БАЊА"
Рибарска Бања

PITANJA I ODGOVORI

Konkursnom dokumentacijom u delu Tehnička specifikacija, Naručilac je postavio uslov da ponuđeni model mora imati pneumatske kontrole.

U prethodnom odgovoru zainteresovanom licu navedeno je da treba da ima opciju nadogradnje na automatski sistem kontrole.

U međuvremenu Naručilac nije izvršio niti objavio Izmene ili Dopune konkursne dokumentacije.

U odgovoru zainteresovanom licu navedeno je „Naručilac ostaje pri zahtevu u tehničkoj specifikaciji da ponuđena hiperbarična komora treba da ima automatski upravljački sistem, ali neće odbiti ponuđeni model koji ima mogućnost nadogradnje automatskog sistema upravljanja“

Ostaje nejasno da li Naručilac ostaje u svemu prema Tehničkoj specifikaciji objavljenoj konkursnom dokumentacijom, ili je izvršio izmenu dokumentacije?

Ukoliko se radi samo o grešci, molimo da Naručilac precizira da – ponuđeni model komore mora imati pneumatske kontrole, ali da neće odbiti ponudu modela koji poseduje automatski sistem upravljanja ili opciju nadogradnje na automatski sistem. Ponuđači moraju jasno naglasiti koje sisteme kontrole poseduje ponuđeni model.

U svakom drugom odgovoru zainteresovanom licu strikno je navedeno da Naručilac ostaje u svemu prema Tehničkoj specifikaciji objavljenoj konkursnom dokumentacijom i stoga cenimo da se radi samo o grešci.

ODGOVOR:

Naručilac ostaje u svemu prema Tehničkoj specifikaciji objavljenoj konkursnom dokumentacijom.

Ponuđeni model komore mora imati pneumatske kontrole, ali Naručilac neće odbiti ponudu modela koji poseduje automatski sistem upravljanja ili opciju nadogradnje na automatski sistem.

PITANJA I ODGOVORI SU SASTAVNI DEO KONKURSNE DOKUMENTACIJE.

Ribarska Banja, 17. 11. 2015. godina

Komisija za javnu nabavku