

Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска Бања"

Рибарска Бања бб, 37205 Рибарска Бања

e-mail: ribarskabanja@yahoo.com

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

Поштована/и,
као заинтересовани понуђач за ову јавну набавку имамо пар питања за додатно појашњење неких ставки из документације:

1) У техничкој спецификацији апарата за магнетотерапију сте навели као обавезан услов следећи термин: "Активно хлађење система".

Наше питање је: Да ли треба испоручити клима уређај (или више њих) уз овај апарат?

Одговор: Не треба.

2) За лежај сте навели да тражите да еко кожа буде у зеленој медицинској боји (код 728).

Наше питање је: Да ли је прихватљива медицинска тиркизна боја?

Одговор: Није прихватљива. Наручилац остаје при захтеву у објављеној конкурсној документацији.

3) За солениде сте тражили да буду у медицински зеленој боји РАЛ 6034.

Наше питање је: Да ли је за Вас прихватљиво да буду у зеленој пролећној нијанси РАЛ 6000?

Одговор: Није прихватљиво. Наручилац остаје при захтеву у објављеној конкурсној документацији.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.

Рибарска Бања, 11. 03. 2020. године

Комисија за јавну набавку