

Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Ribarska Banja"

Ribarska Banja bb, 37205 Ribarska Banja

e-mail: [ribarskabanja@yahoo.com](mailto:ribarskabanja@yahoo.com)

#### PITANJA I ODGOVORI 1

##### Pitanje:

U skladu sa čl.63. ZJN molimo Vas za dodatnim pojašnjenjem JNMV 7/18-2, u vezi sledećeg.

Da li je za Naručioca prihvatljivo da se umesto špriceva sa sigurnosnim mehanizmom (stavke 1, 2, 3 i 4), ponude špricevi, trodelni (sa gumom na klipu) bez igle, u dimenzijama koje su navedene konkursnom dokumentacijom (10ml, 20ml, 2ml i 5ml).

##### Odgovor:

Da, prihvatljivo je. Naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije.

#### PITANJA I ODGOVORI SU SASTAVNI DEO KONKURSNE DOKUMENTACIJE.

Ribarska Banja, 20. 06. 2018. godine

Komisija za javnu nabavku