

U tehničkoj specifikaciji za EMNG uređaj (javna nabavka br. 10/14), nigde se ne pominju kolica za sistem ili nosac pojačala. To nije neophodno za funkcionisanje sistema ali je veoma prakticno jer su sve komponente sistema organizovane na jednom mestu.

Da li je ovo prihvatljivo?

- Поштовани, под ставком **7. Пропратна опрема и прибор за ЕМНГ, НЦВ, СЕП** на страни 9 конкурсне документације се сматра да у пропратну опрему спадају и колица за систем и носач појачала.

U tehničkoj specifikaciji za EMNG uređaj (javna nabavka br. 10/14), strana 9, tačka 6-Električni stimulator ste naveli istu oznaku vrednost 0,1-100/s i za stimulationsi tip i za stimulationsu struju. Ova vrednost je ispravna za stimulationsi tip (stimulationsu frekvenciju) ali za struju jačina mora biti izražena u mA stoga bi bilo ispravno reći 0-100mA jer je uglavnom podesiva u koracima od 1mA. Da li je ovo prihvatljivo?

- Поштовани, дошло је до штампарске грешке у конкурсној документацији на страни 9 , ставка 6. Уместо „Стимулациона струја: 0,1-100/s у зависности од типа прегледа“, треба да стоји „Стимулациона струја: 0-100 mA у зависности од типа прегледа